

FICHA TÉCNICA

Nombre del dispositivo TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

Descripción:

- Sensor de infrarrojos, medición de temperatura rápida y precisa, restauración con una sola tecla, conveniente y rápido.

Imagen:



Fabricante: Shenzhen Sinabaide Technology Co.Ltd

Modelo: TG8818N

País de Origen China


Uso:

- Alinee la sonda del termómetro en el centro de la frente y mantenga una distancia vertical de aproximadamente 3-5 cm.
- Presione ligeramente, y el valor de medición se anunciará con un pitido después de aproximadamente 1 segundo. Rápido y preciso.

Detalles:

- Dos modos de temperatura: Celsius °C y Fahrenheit °F
- Apagado automático: cuando no está en uso, se apagará automáticamente después de unos 30 segundos, ahorrando electricidad y preocupaciones
- Medición de temperatura precisa con una tecla: medición de temperatura rápida sin contacto con una tecla, un segundo para obtenerla
- Advertencia de fiebre: Naranja: $37.4\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 37.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ (99.3 °F? 9? 1100.2 °F) Rojo: $38\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 42.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ (100.4 °F? 9? 1 109.2 ° F)
- Pantalla LCD de cristal líquido: luz de fondo de alto brillo, pantalla numérica clara y suave
- Agarre cómodo: diseño ergonómico.
- Dos modos de medición: temperatura corporal y temperatura del material, interruptor de una tecla

| Detalles Técnicos | |
|----------------------------|-----------------|
| Error de medida | ±0.2°C |
| Distancia de medición | 3cm-7cm |
| Fuente de alimentación : | DC3.0V |
| Unidad de medida: | 'CiT |
| Peso: | 180 Gramos |
| Tamaño: | 150mm'80mm-45mm |
| Condiciones ambientales: | 10°C-40°C |
| Entorno de almacenamiento: | 0°C-50°C |



Características:

- El termómetro mide la temperatura al inhalar el calor infrarrojo emitido por el cuerpo humano. De uso saludable y confiable.

Observaciones:

Batería 2 pilas AAA (no incluidas)



EC - Certification of Conformity

| | |
|-----------------------|--|
| Registration No. | AGC09920200301E1 |
| Certificate Holder | SHENZHEN SINABAIDE TECHNOLOGY CO.,LTD Building4, HongxinIndustryPark, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China |
| Product Designation | No-contact infrared thermometer |
| Brand Name | N/A |
| Model / Series Models | TG8818N |
| Manufacturer | SHENZHEN SINABAIDE TECHNOLOGY CO.,LTD Building4, HongxinIndustryPark, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China |

| Requirement | Applied Standards | Document Evidence | Result |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| Medical Devices Directive | EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014 | Test Report: AGC09920200301ES01 | Conform |
| | EN 60601-1-2:2015 | Test Report: AGC09920200301EE01 | Conform |



Signed by General Manager (King Zhang)
Issue Date: Mar. 24, 2020





中国医药保健品进出口商会

China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products

Add: 11-12/F, Bldg3, Beijing INN, No.8 Nanzhugan Hutong, Dongcheng Dist, Beijing, China P.C.100010

Tel: 0086 10 58036272/71707775/7578

Fax: 0086 10 58036274

E-mail: md@cccmhpie.org.cn

Web-site: www.cccmhpie.org.cn

自由销售证书

CERTIFICATE OF FREE SALE

2020YB0463

产品名称: 红外线体温计

Product(s): Infrared thermometer

规格型号: TG8818N

Model: TG8818N

销往国家: 哥伦比亚

Export to: Colombia

出口商: 义乌中聚供应链管理有限公司

Exporter: Yiwu Sinofocus Supply Chain Management Co.,Ltd

出口商地址: 浙江省义乌市福田四区16幢2单元201

Address: ROOM 201, UNIT 2, BUILDING 16, FUTIAN 4 QU, YIWU, ZHEJIANG

制造商: 湖南拓高医疗科技有限公司

MANUFACTURER: Hunan Tuogao Medical Technology Co.,Ltd

制造商地址: 宁乡高新技术产业园区金洲北路001号湖南省大学科技园4号栋310-312室

ADDRESS: Room 310-312, Building 4, Hunan University Science and Technology Park, No. 001 Jinzhou North Road, Ningxiang High-tech Industrial Park

兹证明上述产品符合中华人民共和国相关标准, 已在中国注册, 准许市场销售, 该产品出口不受限制

THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS COMPLY WITH THE RELEVANT STANDARDS OF P.R.CHINA, HAVE BEEN REGISTERED AND ARE ALLOWED TO BE SOLD IN CHINA, THE EXPORTATION OF THE PRODUCTS ARE NOT RESTRICTED.

此证明自签发时起有效期2年。

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR TWO YEARS FROM THE DATE OF ISSUANCE.

中国医药保健品进出口商会
CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT & EXPORT OF
MEDICINES & HEALTH PRODUCTS

证明日期: 2020年4月29日

DATE OF ISSUE: April 29, 2020

